



Метролошка лабораторија МЛ 12
7500 Прилеп

Бр. 03 - 86

Ул. "Александар Македонски" 2/42
Тел/Факс: (048) 416-058

Датум 01.04.2022

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за метрологија ("Службен весник на Република Македонија бр. 55/02 и 84/2007), и Правилникот за видовите и формите на ознаките и жиговите кои се користат при верификација на мерилата, како и содржината и формата на сертификатот за верификација ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 53/2007), по барање на:

"МАКМИНЕРАЛ" ДОО - БИТОЛА

Одобрената метролошка лабораторија МЛ 12 издава

У В Е Р Е Н И Е Бр. 458 / 2022

за исправност на мерилото

1. Назив на мерилото: МАНОМЕТАР
2. Производител: "WIKI"
3. Тип и службена ознака на мерилото:
4. Фабрички и сервиски бр: 2.60
5. Сопственик на мерило: "МАКМИНЕРАЛ" ДОО - БИТОЛА
6. Основни карактеристики на мерилото: од 0 до 25 bar.
7. Со преглед е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошки услови за: Манометри М.У.П. П (1.2.4) /1
8. Метод за преглед и калибрирање: Со споредување
9. Еталони со кои е извршен прегледот: Маслена преса "HAENNI"
Еталон манометри "HAENNI" класа 0,3% .
Следливост: Calibration Certificate BOM - M – 0019/2021
10. УВЕРЕНИЕТО ВАЖИ ДО: 01.04. 2023 год.

Административни такси во износ од
подносителот на барањето и поништени.

Копие:

- Странката
- Архива

денари се наплатени од

Директор
Златко Србиноски дипл. инж. технолог





Метролошка лабораторија МЛ 12
7500 Прилеп

Бр. 03 - 86

Ул. "Александар Македонски" 2/42
Тел/Факс: (048) 416-058

Датум 01.04.2022

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за метрологија ("Службен весник на Република Македонија бр. 55/02 и 84/2007), и Правилникот за видовите и формите на ознаките и жиговите кои се користат при верификација на мерилата, како и содржината и формата на сертификатот за верификација ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 53/2007), по барање на:

"МАКМИНЕРАЛ" ДОО - БИТОЛА

Одобрената метролошка лабораторија МЛ 12 издава

У В Е Р Е Н И Е Бр. 457 / 2022

за исправност на мерилото

1. Назив на мерилото: МАНОМЕТАР
2. Производител: "WIKI"
3. Тип и службена ознака на мерилото:
4. Фабрички и сервисни бр.: 2.63
5. Сопственик на мерило: "МАКМИНЕРАЛ" ДОО - БИТОЛА
6. Основни карактеристики на мерилото: од 0 до 25 bar.
7. Со преглед е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошки услови за: Манометри М.У.П. П (1.2.4) /1
8. Метод за преглед и калибрирање: Со споредување
9. Еталони со кои е извршен прегледот: Маслена преса "HAENNI" Еталон манометри "HAENNI" класа 0,3% . Следливост: Calibration Certificate BOM - M – 0019/2021
10. УВЕРЕНИЕТО ВАЖИ ДО: 01.04. 2023 год.

Административни такси во износ од
подносителот на барањето и поништени.

Копие:

- Странката
- Архива

денари се наплатени од

Директор
Златко Србиноски дипл. инж. технолог





Метролошка лабораторија МЛ 12
7500 Прилеп
Ул. "Александар Македонски" 2/42
Тел/Факс: (048) 416-058

Бр. 03 - 86

Датум 01.04.2022

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за метрологија ("Службеник на Република Македонија бр. 55/02 и 84/2007), и Правилникот за видовите и формите на ознаките и жиговите кои секористат при верификација на мерилата, како и содржината и формата на сертификатот за верификација ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 53/2007), по барање на:

"МАКМИНЕРАЛ" ДОО - БИТОЛА

Одобрената метролошка лабораторија МЛ 12 издава:

У В Е Р Е Н И Е Бр. 456 / 2022

за исправност на мерилото

1. Назив на мерилото : ТЕРМОМЕТАР
2. Производител: "CAMPIONI"
3. Тип и службена ознака на мерилото:
4. Фабрички или сериски бр: 1.01
5. Сопственик на мерилото: "МАКМИНЕРАЛ" ДОО - БИТОЛА
6. Основни карактеристики на мерилото: Опсег: од 0 до 99 °C
7. Со преглед е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошки услови за: Термометри М.У.П. К-1/1
8. Метод за преглед и калибрирање: Со споредување
9. Еталони со кои е извршен прегледот: Калибратор DHT 830, RTD симулатор бр. 83 ЛА0859. еталон живини термометри "THERMOSNEIDER"
Следливост: Calibration Certificate BOM – T – 001 /2021
10. УВЕРЕНИЕТО ВАЖИ ДО: 01.04. 2023 год.

Административни такси во износ од
подносителот на барањето и поништени.

денари се наплатени од

Копие:

- Странката
- Архива

Директор

Златко Србиноски дипл.инж.технолог

